

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА са ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле, рок испоруке и сл.)

Наручилац : Завод за ургентну медицину Београд
Ул. Булевар Франше д'Епера 5 , 11000 Београд

3.1. ОПИС ДОБАРА

3.2. Добра – Набавка медицинске опреме – **пумпе за реанимацију (уређаја за вршење механичких компресија грудног коша са пратећом опремом)**— број јавне набавке 13/25

3.3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

У складу са Спецификацијом

3.4. КВАЛИТЕТ

У складу са Спецификацијом

3.5. КОЛИЧИНА И ОПИС

У складу са захтевима стручне службе Наручиоца

3.6. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Контрола добара се врши од стране стручне службе Наручиоца

3.7. РОК ИСПОРУКЕ

У складу са понудом и рок не може бити дужи од **15 (петнаест) дана од дана обостраног потписивања уговора (Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране).**

3.8. МЕСТО ИСПОРУКЕ

„Завод за ургентну медицину Београд“ , Франше Д Епера бр. 5; ф-цо магацин.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УРЕЂАЈА ЗА ВРШЕЊЕ МЕХАНИЧКИХ КОМПРЕСИЈА ГРУДНОГ КОША

РОБА

Предмет набавке је ДОБРО и то **медицинска опрема – пумпа за реанимацију (уређај за вршење механичких компресија грудног коша са пратећом опремом)**. Уз уређај је неопходно испоручити комплет прибора, као пратеће опреме и то такав да се може несметано обезбедити руковање и контуални рад уређаја у трајању од минимум 90 мин. Такође уз уређај се мора испоручити и пуњач за пуњење батерија.

Минималне техничке карактеристике уређаја за вршење механичких компресија грудног коша су:

-Уређај треба да врши спољне компресије грудног коша и у мировању и за време транспорта пацијента

- Потребно је да врши компресију комплетном ширином грудног коша са аутоматским прилагођавањем обиму грудног коша

- Апарат се може користити на пацијентима са обимом грудног коша између 76 цм и 142 цм

- Могућност примене на пацијентима од 180 килограма телесне масе

- Могућност синхронизације са транспортним дефибрилатором ради испоруке дефибрилационог шока у најефикаснијем положају грудног коша, а без заустављања компресије грудног коша.

- Уређај треба да буде у стању да врши компресије на пацијентима који су у лежећем, а и у положају под нагибом (ношење уз/низ степенице)

- Параметри компресије (дубина фреквенција, итд.) треба да се изводе аутоматски према конституцији пацијента

- Максимална тежина уређаја: 10 кг (без уграђене батерије). Треба да буде једноставан за ношење и да се може спаковати у торбу која се носи преко рамена.

- Стартовање компресија мора бити преко једног одређеног наменског тастера „СТАРТ“ (без потребе за отварање менија или подменија)

- Заустављање/ прекидање компресија мора бити омогућено преко директног „СТОП“ тастера

- Аутономија: најмање 90 минута, са једном или више батерија

- Приказ капацитета батерије на контролном панелу уређаја

- Пуњење батерије за максимално 2 сата
- Могућност извођења континуираних компресија и рад у режиму 30:2
- Радна температура 0*С до 45*С температура складиштења/транспорта -20*С до 60*С
- Уређај мора поседовати аларме упозорења и аларм празне батерије

Минималне техничке карактеристике се доказују оригиналном техничком спецификацијом и каталогом, а уколико се неке не налазе у њима онда је дозвољено доставити изјаву произвођача (изјава се не прихвата за доказивање свих тражених карактеристика).

СТАЊЕ РОБЕ

Роба која се испоручује мора бити фабрички нова и у оригиналном паковању произвођача, ознаке-жигови на апарату морају бити истовентни декларацији/ознаци на паковању и документацији. Роба мора бити без икаквих оштећења, производних недостатака и да испуњава све техничке и технолошке услове, квалитетно и функционално.

Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора преда наручиоцу уз средства финансијског обезбеђења и важеће Решење о упису медицинског средства у АЛИМС и ЦЕ сертификат.

МЕСТО ИСПОРУКЕ РОБЕ

Место испоруке је франко Купац. Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у месту испоруке изврши пријем добра, што се потврђује записником о квантитативном и квалитативном пријему уговореног добра, потписаним од стране Продавца и Купца.

Приликом квантитативног пријема Продавац је у обавези да испоручи добро о свом трошку у просторије Купца и да са пријемном комисијом Купца обави поступак квантитативног и квалитативног пријема.

Под квалитативним пријемом подразумева се да Продавац изврши монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених техничких карактеристика уговореног добра.

Ако се записнички утврди да добро које је Продавац испоручио Купцу има недостатке у квалитету или скривене мане, које нису биле уочене у моменту квантитативног пријема робе, као и у случају очигледних грешака, Продавац мора исте отклонити најкасније у року од два дана од дана сачињавања записника о рекламацији, а уколико то не учини или ако се иста или слична грешка понови 3 пута, Продавац мора заменити новим добром, које има једнаке или боље карактеристике.

РОК ИСПОРУКЕ

- Наручилац захтева да рок испоруке добара буде највише до 15 (петнаест) дана од закључења уговора

ГАРАНТНИ РОК

- Гарантни рок у складу са гаранцијом произвођача понуђених добара, а најмање 24 месеца од дана примопредаје записника о квантитативном и квалитативном пријему опреме

ИСПУЊЕЊЕ МИНИМАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА			Табела 1
Р.б.	Опис/карактеристике апарата (минимални технички захтеви)	Да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у прилозима доказима о испуњавању техничких карактеристика
1	2	3	4
1.	-Уређај треба да врши спољне компресије грудног коша и у мировању и за време транспорта пацијента	_____	_____
2.	-Потребно је да врши компресију комплетном ширином грудног коша са аутоматским прилагођавањем обиму грудног коша	_____	_____
3.	-Апарат се може користити пацијентима са обимом грудног коша између 76 цм и 142 цм	_____	_____
4.	- Могућност примене на пацијентима од 180 килограма телесне масе	_____	_____
5.	- Могућност синхронизације са транспортним дефибрилатором ради испоруке дефибрилационог шока у најефикаснијем положају грудног коша, а без заустављања компресије грудног коша	_____	_____
6.	- Уређај треба да буде у стању да врши компресије на пацијентима који су у лежећем а и у положају под нагибом (ношење уз/низ степенице)	_____	_____
7.	- Параметри компресије (дубина фреквенција, итд.) треба да се изводе аутоматски према конституцији пацијента	_____	_____
8.	- Максимална тежина уређаја: 10 кг (без уграђене батерије). Треба да буде једноставан за ношење и да се може спаковати у торбу која се носи преко рамена.	_____	_____
9.	- Стартовање компресија мора бити преко једног одређеног наменског тастера „СТАРТ“ (без потребе за отварање менија или подменија)	_____	_____
10.	- Заустављање/ прекидање компресија мора бити омогућено преко директног “СТОП” тастера	_____	_____
11.	- Аутономија: најмање 90 минута, са једном или више батерија	_____	_____
12.	- Приказ капацитета батерије на контролном панелу уређаја	_____	_____
13.	- Пуњење батерије за максимално 2 сата	_____	_____
14.	- Могућност извођења континуираних компресија и рад у режиму 30:2	_____	_____
15.	- Радна температура 0*С до 45*С температура складиштења/транспорта -20*С до 60*С	_____	_____
16.	- Уређај мора поседовати аларме упозорења и аларм празне батерије	_____	_____
Напомена: уз одговор НЕ је обавезан коментар			
Уз уређај мора бити испоручена и одговарајућа додатна опрема			

Упутство за попуњавање Табеле 1.:

Неопходно је унети све тражене податке у пољима за то предвиђеним, односно назначити да ли понуђени апарат испуњава тражену карактеристику. Уколико испуњава минимално захтеване вредности тада се уписује ДА за тражену карактеристику, а у случају да не испуњава, тада уз одговор Не треба уписати и коментар

У колони 4 треба уписати где се тачно налази тај податак у техничкој документацији траженог добра (локацију, страну, секцију, ред...).

СТРУКТУРА ЦЕНЕ							Табела 2	
Р.б.	Назив	Једин мере	Колич ина	Произвођач апарата	Каталoшки број производа или назив модела	Временски период гаранције у месецима	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно са ПДВом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пумпа за реанимацију (уређај за вршење механичких компресија грудног коша са пратећом опремом) Autopulse plus или одговарајуће	комад	2	_____	_____	_____	_____	_____
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:							_____	
Укупни ПДВ:							_____	
УКУПНО СА ПДВ-ом:								_____

Упутство за попуњавање Табеле 2.:

Неопходно је унети све тражене податке у пољима за то предвиђеним.

Понуђач је дужан да упише ко је произвођач апарата које нуди (5), назив модела или његову каталoшку ознаку (6), као и временски период гаранције произвођача за тај модел апарата (7).

Такође понуђач је дужан да у табели упише цену без ПДВ-а по јединици мере (8), укупну цену без ПДВ-а (9), укупну цену са ПДВ-ом (10), као и укупну збирну вредност без ПДВ-а за све позиције, укупни припадајући ПДВ и укупну збирну вредност са ПДВ у редовима за то предвиђеним.

У понуђену цену укључити све зависне трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

За рангирање понуда користи се укупна збирна вредност понуде без ПДВ-а.

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

За понуђени гарантни рок узима се вредност гарантног рока добијеног од произвођача понуђеног апарата и он не може бити мањи од 12. месеци од момента преузимања.

Напомена :

- У понуђену цену укључити све зависне трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
- Цене дати у динарском износу;